

PITANJA 1:

Partija 2.3 – Testovi za kontrolu sterilizacije

Zamolili bismo vas da nam pojasnite sledeće u okviru partije 2.3. za stavku 3, kako bismo kao ponuđač dostavili odgovarajuću i prihvatljivu ponudu:

-zahtevate Protest ampule, pak 50/1 i takva 3 pak. Obaveštavamo vas da ne postoje Protest ampule pakovane 50/1, nego samo 100/1 i 25/1. Verujemo da mislite na Prospora2 Ampule, koje su u pakovanju od 50/1, ali se one više kao takve ne proizvode, nego se proizvodi isti soj bakterije, log5 koncentracija, ali u pakovanju 25/1 i 100/1.

-pored toga što ne postoji pakovanje od 50/1, kojih zahtevate 3, da li je moguća zamena za 100/1 u količini od 2 pakovanja ili 25/1 u količini od 6 pakovanja?

Broj delovodnika: 905

Datum: 06.04.2017.

ODGOVOR 1:

1.Moguća je zamena pakovanja za pakovanje 25/1 u količini od 6 pakovanja.

Komisija za javnu nabavku
laboratorijskog materijala
Zavoda za javno zdravlje Pirot