

Pitanje 1.

U JN 1/18 ste napisali sledeće:

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki tj do 23.02.2018.godine do 13 sati.

Pitanje: Da li ste greškom naveli da je rok za ponude 8 dana ili ste pogrešno preračunali datum?

Odgovor 1.

Br.del: 493

Datum: 12.02.2018.

Produžen je rok za dostavu ponuda zbog predstojećih praznika u februaru 2018.god..

Pitanje 2.

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja u vezi sa JN 1/18:

- 1. Pitanje :** U partiji 1. stavka 3. Koja je potrebna rezolucija na displeju kolorimetra?
- 2. Pitanje :** molimo vas da navedete opseg merenja u Farland jedinicama.
- 3. Pitanje :** U partiji 2. stavka 1. - Da li je prihvatljivo ponuditi ručni frižider sledećih dimenzija:
 - * Spoljašnje dimenzije (W x D x H cm)..... 70 x 45 x 50
 - * Unutrašnje dimenzije (W x D x H cm) 58 x 36 x 39
 - * Kapacitet 35lit.
 - * Bruto težina.....17kg.
 - * Neto težina15kg.
- 4. Pitanje :** U partiji 2. stavka 2. – da li je potreban uređaj za merenje u spoljnoj ili unutrašnjoj sredini
- 5. Pitanje :** U partiji 3. da li su stavke 1 i 2 povezane i da li čine celinu?
- 6. Pitanje :** U partiji 3. stavka 2. molimo Vas da definišete dimenzije, jačinu i talasnu dužinu UV lampe.
- 7. Pitanje :** U partiji 3. stavka 1. molimo vas da definišete dimenzije mračne komore
- 8. Pitanje :** U partiji 3. stavka 3. u kojoj tački temperature se traži etaloniranje termostata?

Odgovor 2.

Br.del: 494

Datum: 12.02.2018.

1.Potrebna rezolucija na displeju kolorimetra je 0,1McFarland jedinica zamućenosti.

2.Opseg merenja je 0,3-5 McFarland jedinica ili šire.

Uz aparat McFarland kolorimetar potreban je i uložak za epruvetu \varnothing 16mm.

3.Možete ponuditi ručni frižider sa dimenzijama koje ste naveli.

4.Potreban je uređaj za merenje u spoljnoj sredini.

5.Da, povezane su i čine celinu.

6.Dimenzije lampe su: 26 x 8 x 8 cm.

Lampa ima svoje ležište na komori.

λ UV lampe = 360 \pm 20nm.

7.Dimenzije komore su: 31 x 24 x 15 cm.

8.Etaloniranje inkubatora se traži na 22°C-25°C.

Komisija za JNMV 01/18 laboratorijske opreme

Zavoda za javno zdravlje Pirot