

Pitanje 4.

Prema Vašem pozivu JNMV br .01/18 partija 1 stavka 2-automatska pipeta 10-100 μ l, molim vas da detaljnije definišete traženu pipetu/rezolucija,tačnost,preciznost.../.

Odgovor 4.

*Potrebna zapremina 10-100 μ l, podela 0,1 μ l

*Netačnost na srednjoj zapremini manje od $\pm 1,2\%$

*Nepreciznost na srednjoj zapremini manje od 0,6%

*Sa podesivim vrhom

*Kompatibilna sa žutim tipom nastavaka 200 μ l

*Ovo je neophodno zbog kompatibilnosti i poređenja sa drugim pipetama u laboratoriji.

Br.del: 527

Datum:19.02.2018.

**Komisija za JNMV 01/18 laboratorijske opreme
Zavoda za javno zdravlje Pirot**