

PITANJE 2:

Zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije OP-1/20

Poštovani,

Molimo Vas za pojašnjenje u vezi javne nabavke broj OP-1/2020, partija 4 – Testovi za kontrolu sterilizacije:

1. Stavka 1 – Trake za hemijsku kontrolu suve sterilizacije  
Da li je prihvatljivo ponuditi kotur traku za hemijsku kontrolu suve sterilizacije 18mm x 50m?
2. Stavka 2 – Trake za hemijsku kontrolu parne sterilizacije  
Da li je prihvatljivo ponuditi kotur traku za hemijsku kontrolu parne sterilizacije 18mm x 50m?
3. Stavka 3 – Pro test ampule za biološku kontrolu parne sterilizacije 25T  
Da li je prihvatljivo ponuditi biološku kontrolu parne sterilizacije u formi trake (strip) + ampula medijuma za kultivaciju ili u formi ampule + ampula medijuma za kultivaciju?
4. Stavka 4 – Dry ampule za biološku kontrolu suve sterilizacije 50T  
Da li je prihvatljivo ponuditi biološku kontrolu suve sterilizacije u formi trake (strip) + ampula medijuma za kultivaciju ili u formi ampule + ampula medijuma za kultivaciju?

U okviru tehničke specifikacijame za stavku 3 i 4 navodite tačno definisano pakovanje od 25T, odnosno 50T ampula.

S obzirom da ovako formulisane kriterijume može zadovoljiti samo ponuđač koji bi ponudio biološku kontrolu parne sterilizacije proizvođača koji ima pakovanje 25T, zajedno sa biološkom kontrolom suve sterilizacije proizvođača koji ima pakovanje 50T, a da pakovanje ne predstavlja potreban uslov za adekvatnu upotrebu traženog dobra, molimo Vas da izmenite specifikaciju gde bi jedinica mere bila komad i tako omogućite adekvatnu primenu člana 10. Zakona o javnim nabavkama – Načelo obezbeđivanja konkurencije.

**Broj delovodnika: 1442**

**Datum: 07.05.2020.**

ODGOVOR 2:

- 1.Prihvatljivo je ponuditi kotur traku za hemijsku kontrolu suve sterilizacije 18mm x 50m.
- 2.Prihvatljivo je ponuditi kotur traku za hemijsku kontrolu parne sterilizacije 18mm x 50m.
- 3.Prihvatljivo je ponuditi biološku kontrolu parne sterilizacije u formi ampule + ampula medijuma za kultivaciju.
- 4.Prihvatljivo je ponuditi biološku kontrolu suve sterilizacije u formi ampule + ampula medijuma za kultivaciju.

Poštovani,

Za stavku 3 potrebno je ukupno 50T.

Za stavku 4 potrebno je ukupno 100T, a Vi možete dati cenu po testu, uz napomenu kako ste dali cenu.

Podsećamo da je za stavku 4.potrebno dostaviti tri ampule sa B.atropheaus i tri ampule sa releasat medijumom.

Komisija za javnu nabavku laboratorijskog materijala  
Zavoda za javno zdravlje Pirot